

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-063	REFERENCIA PS/PL/116170
PRODUCTO Jeringa Sedaconda. Referencia 1026022. UDI-DI: 05391530290692.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de anestésicos inhalados, como isoflurano o sevoflurano, durante la sedación inhalada a través de Sedaconda ACD (Anaesthetic Conserving Device - Dispositivo de conservación de anestésico).	
FABRICANTE Sedana Medical Ltd, Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Sedana Medical Ltd, Irlanda.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las Jeringas Sedaconda con referencia 1026022, debido a la posibilidad de que haya una fuga entre la conexión de la jeringa y la línea de administración del Sedaconda ACD si no se aprieta bien el conector.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

