

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2021-576	PS/MTM/73017
PRODUCTO	
Mando a distancia MiniMed™, número de modelo MMT-500 o MMT-503.	
FINALIDAD PREVISTA	
El mando a distancia de Medtronic, que se comunica con la bomba de insulina mediante radiofrecuencia (RF) inalámbrica, sirve para programar la administración de una cantidad determinada de insulina (o bolus) en la bomba de Medtronic sin pulsar ningún botón de la bomba.	
FABRICANTE	
Medtronic MiniMed, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR	
Medtronic Iberica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO	
Cese de utilización y retirada del mercado de todos los mandos a distancia MiniMed™ (MMT-500 o MMT-503), debido a un posible problema de ciberseguridad lo que podría ocasionar hipoglucemia o hiperglucemia al paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa para pacientes • Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios • Nota informativa AEMPS PS, 32/2021 	

