

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-046	REFERENCIA PS_CV_ISP_IVD_227
PRODUCTOS CoviSelf COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test	
FABRICANTE MyLab Discovery Solutions PVT LTD, Maharashtra, India	
ASUNTO De acuerdo a una notificación de la Autoridad competente de Polonia se ha identificado la presencia en el mercado de un certificado CE falso para el producto CoviSelf COVID-19 Antigen Lateral Flow Test Device OTC Home Test fabricado por MyLab Discovery Solutions PVT LTD, Maharashtra, India. El Organismo notificado POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A. cuyo número de identificación es el 1434 no ha emitido ningun certificado CE a la citada empresa. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL <ul style="list-style-type: none">• Certificado CE falso.• Nota informativa PS, 05/2012	
INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación en el link: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	

