

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-059	REFERENCIA PS/JMP/76404
PRODUCTOS Bombas de insulina MiniMed™ serie 600 y 700. (Ver modelos afectados en nota de aviso de la empresa)	
FINALIDAD PREVISTA Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus.	
FABRICANTE Medtronic MiniMed, EEUU	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica, S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid	
ASUNTO Advertencia de seguridad relativa a determinadas bombas de insulina Minimed de la serie 600 y 700, para recordar que se entregan a los pacientes sin tener pre-programados los índices basales del paciente, ni otros parámetros verificables necesarios que deben configurarse y guardarse en la bomba antes de empezar a utilizarla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso para pacientes• Nota de aviso para profesionales sanitarios• Nota Informativa PS, 6/2022	

