

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2022-137	REFERENCIA PS/CV/MG/5116
PRODUCTO Termómetro, Pulsioxímetro, Monitor de signos, Monitor de paciente multiparámetro.	
FABRICANTE HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD NO. 1121, CHOUZHOU NORTH RD, YIWU, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Desconocido	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: G1 076561 0010 Rev.00• Fabricante: HEYUAN LEYUAN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., China• Productos: Termómetro, Pulsioxímetro, Monitor de signos, Monitor de paciente multiparámetro.• Fecha de emisión: 2 de marzo de 2020• Fecha de caducidad: 26 de mayo de 2024 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Certificado de marcado CE falso.	

