

ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-159	REFERENCIA PS/CV/MG/5480
PRODUCTO Pulsioxímetro de dedo	
FABRICANTE Shenzhen Jiangnan Medical Technology Co. Ltd. B301 Room Building 1, TSD Industrial Park, No. 79 Longtian Road, Longtian Community, Longtian Sub-District, Pingshan Dist. Shenzhen, China	
IMPORTADOR Better Trade Media Marcin Kalisz ul. Gdyńska 880-209 Chwaszczyno, Polonia	
ASUNTO Notificación por parte de las autoridades de Polonia de la detección del producto "Fingertip Pulse Oximeter" del fabricante Shenzhen Jiangnan Medical Technology Co. Ltd., que no cumple con los requisitos de la legislación de productos sanitarios. El fabricante no ha realizado el correspondiente procedimiento de evaluación de la conformidad. Las autoridades de Polonia han requerido al importador la retirada de los mismos. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	

