

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS  
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-071	<b>REFERENCIA</b> PS/VCG/MCC/5792
<b>PRODUCTO</b> Gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando “Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®”.	
<b>FABRICANTE</b> Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., Complejo Calle Comercial, Área Guiyuan, Distrito Fuqiao, Rencheng Dist., Jining, Shandong, China.	
<b>ASUNTO</b> Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"><li>• Organismo Notificado y nº de identificación: 3EC International a.s. (2265)</li><li>• Número de certificado: 2020-MDD/DE-025</li><li>• Fabricante: Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd., China.</li><li>• Producto: Gel de ácido hialurónico para relleno de tejido blando “Ácido Hialurónico reticulado / No reticulado Manorui®”</li><li>• Fecha de emisión: 7 de noviembre de 2020</li><li>• Fecha de caducidad: 6 de noviembre de 2025</li></ul> <p>El fabricante Jining Hangxing E-Commerce Co., Ltd. no es cliente del Organismo Notificado eslovaco 3EC International a.s. (2265). Además, ningún Certificado con número 2020-MDD/DE-025 ha sido expedido por dicho Organismo Notificado.</p>	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 09/2023</li><li>• Certificado de marcado CE falso.</li></ul>	

