

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-298	<b>REFERENCIA</b> PS/MTM/94308
<b>PRODUCTO</b> Módulo de mando Ultraview SL, modelo 91496.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> El módulo multiparámetro de Spacelabs está diseñado para utilizarse con el sistema de administración de la atención a pacientes (Patient Care Management System, PCMS) para obtener, monitorizar y procesar diversos parámetros clínicos de pacientes adultos o neonatales/lactantes en cualquier tipo de entorno clínico que no sea el doméstico.	
<b>VERSIÓN DE SOFTWARE</b> v.2.03.06 y anteriores v. 2.04 y posteriores	
<b>FABRICANTE</b> Spacelabs Healthcare Inc., EE.UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Instrumentación y componentes S.A. C/ Alaún, 8, 50197 Zaragoza.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el módulo de mando Ultraview SL, modelo 91496, debido a que, si se utilizan simultáneamente varias versiones del software del producto el usuario puede equivocarse al interpretar los parámetros de la interfaz de usuario, cuando se activa la función <i>Suspend proceso</i> , y no darse cuenta de que el sistema está suspendido y las alarmas desactivadas.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	

