

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2023-590	REFERENCIA PS/MTM/99927
PRODUCTO Mascarillas respiratorias ResMed con imanes. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE ResMed Pty Ltd., Australia.	
DISTRIBUIDOR ResMed EPN LTD, sucursal en España. Ctra. Fuencarral a Alcobendas, km 3,8 Edificio 2, Planta 2, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las mascarillas respiratorias con imanes ResMed, debido a posibles interferencias magnéticas con determinados implantes y productos sanitarios con material ferromagnético.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Carta para el profesional sanitario• Carta para el paciente• Nota informativa PS, 50/2023	

