

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2021-353	<b>REFERENCIA</b> PS/JMP/68958
<b>PRODUCTO</b> Morce Power Plus/ Motor Control Unit 2307, modelo 2307101	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Morcelador para corte y extracción de tejidos en el campo quirúrgico de la cirugía laparoscópica, incluidos procedimientos laparoscópicos generales, quirúrgicos y ginecológicos.	
<b>FABRICANTE</b> Richard Wolf GmbH, Alemania	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Palex Medical SA. C/Jesús Serra Santamans, 5, Sant Cugat del Vallés, 08174, Barcelona	
<b>ASUNTO</b> Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso (IFU) del morcelador Power Plus/Motor Control Unit 2307, modelo 2307101, debido a una actualización de las guías sobre etiquetado de morceladores eléctricos laparoscópicos, para especificar con mayor precisión los riesgos derivados del uso de estos dispositivos durante la histerectomía y la miomectomía.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Hoja BB-A245-4 (actualización IFU)</li></ul>	

