

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MERCADO CE FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2021-664	REFERENCIA PS/CV/NM/5315
PRODUCTOS Inyectores de medios de contraste y accesorios de tubo de conexión.	
FABRICANTE Shenzhen Seacrown Electromechanical Co., Ltd., 4/F, Building 2, R.ongyun Industy Park, Shenzhen, China.	
ASUNTO Se ha detectado la falsificación de un certificado de marcado CE con número 0482/4545GB410200806 del Organismo Notificado MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH (0482), fecha de emisión 6 de agosto de 2020 y fecha de caducidad 27 de mayo de 2024. El Organismo Notificado MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH si ha emitido un certificado de marcado CE con el mismo número 0482/4545GB410200806 para el fabricante Shenzhen Seacrown Electromechanical Co., China, en cuyo alcance se encuentra únicamente los productos “inyectores de medios de contraste” y no los productos “4 accesorios de tubos de conexión”, tal y como aparece en el certificado falsificado. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falsificado : <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado: MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH (0482)• Número de certificado: 0482/4545GB410200806• Fabricante: Shenzhen Seacrown Electromechanical Co., Ltd , China.• Productos: Inyectores de medios de contraste y 4 accesorios de tubos de conexión.• Fecha de emisión: 6 de agosto 2020.• Fecha de caducidad: 27 de mayo 2024.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 36/2021• Certificado de marcado CE falsificado.	

