

**Retirada del Kit de prueba de antígeno SARS-CoV-2 (oro coloidal) de Genrui para autodiagnóstico**

Estimados clientes:

En función de haberse informado eventos de falso positivo con el **Kit de prueba de antígeno SARS-CoV-2 (oro coloidal)** para autodiagnóstico, el fabricante, Genrui Biotech, retira estos dos lotes específicos identificados a continuación:

**Lotes: 20211008, 20211125.**

Después de haber llevado a cabo una minuciosa investigación, Genrui Biotech ha identificado la causa raíz y ha confirmado que estos incidentes de falso positivo se limitan a estos dos lotes específicos 20211008, 20211125. Genrui Biotech ha confirmado que la confiabilidad para resultados negativos no está afectada por este problema.

Genrui Biotech se ha comprometido voluntariamente a retirar y reemplazar todas las pruebas afectadas del mercado y ofrece sus sinceras disculpas por el estrés y los inconvenientes que esto pueda haber causado. La empresa continuará con su cometido de oferta de productos y servicios de alta calidad.

Genrui Biotech Inc.

Fecha: 13 de enero, 2022.