

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2022-490	REFERENCIA PS/PRV/85092
PRODUCTO Sillas de ruedas eléctricas QUICKIE, modelo Q50R (fabricadas entre el 1 de noviembre de 2020 y el 30 de mayo de 2022)	
Nº SERIE Todos los comprendidos entre el 301201105001 y el 301220301039	
FABRICANTE JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS Co., Ltd, China	
DISTRIBUIDOR Sunrise Medical SL. Polígono Bakiola, 41, 48498, Arrankudiaga, Vizkaia	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización temporal de determinadas sillas de ruedas eléctricas QUICKIE Q50R, debido a que el pasador de retención del brazo plegable de la rueda delantera podría aflojarse o separarse del armazón de la silla durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Instrucciones de reparación.• Nota informativa AEMPS PS, 33/2022	

