

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2024-541	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/109111
<b>PRODUCTO</b> Videolaringoscopio McGRATH MAC, código 300-000-000, números de serie anteriores a 366170.	
<b>FABRICANTE</b> Covidien LLC, EE UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medtronic Ibérica, S.A., María de Portugal, 11. 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de los números de serie anteriores a 366170 del videolaringoscopio McGRATH MAC, código 300-000-000, debido a la posibilidad de que un evento térmico en la batería instalada provoque una explosión de la misma.	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b> En julio de 2024 el fabricante emitió una nota de aviso indicando la retirada del mercado de determinados números de serie del videolaringoscopio McGRATH MAC, código 300-000-000, debido a la posibilidad de que un evento térmico en la batería instalada provocara una explosión de la misma. La AEMPS transmitió esta información el 02 de agosto de 2024, alerta 2024-417.  La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar de la ampliación del cese de utilización a los números de serie anteriores a 366170 del videolaringoscopio McGRATH MAC, código 300-000-000, ya que también existe en ellos el riesgo de que se produzca un evento térmico en la batería instalada. Además, la empresa indica que estos productos ya han superado su vida útil de 5 años.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

