

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-463	REFERENCIA PS/AVG/124543
PRODUCTO Bomba de insulina Tandem Diabetes Care t: slim X2.	
NºS SERIE El distribuidor comunicará a cada centro afectado los números de serie afectados.	
FABRICANTE Tandem Diabetes Care, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Novalab - Air Liquide Healthcare España S.L. Calle de Orense, 34, 28020 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie de las bombas de insulina t:slim X2, debido a la posibilidad de que la administración de insulina se detenga y la bomba deje de funcionar cuando aparece el fallo "Código de fallo 16" relacionado con el altavoz.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa para pacientes• Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios• Nota informativa PS, 51/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

