

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-496	REFERENCIA PS/MJF/126304
PRODUCTO Sensor FreeStyle Libre 3 Plus	
FINALIDAD PREVISTA El sensor FreeStyle Libre 3 Plus forma parte del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) FreeStyle Libre 3. Indicado para medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas con diabetes mellitus.	
Nº SERIE Comprobar nºs de serie afectados en la dirección www.FreeStyleConfirm.com	
FABRICANTE Abbott Diabetes Care Ltd, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR Abbott Laboratories, S.A; Av. Burgos 91. 28050, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados sensores FreeStyle Libre 3 Plus, debido a que podrían proporcionar lecturas de glucosa erróneamente elevadas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso profesionales sanitarios• Nota de aviso pacientes• Nota informativa PS, 54/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

