

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-596	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/128489
<b>PRODUCTO</b> Aplicación móvil mylife CamAPS FX	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Aplicación móvil para controlar los niveles de glucosa.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> Versión Android 1.4(189) y anteriores y versión iOS 1.4(192) y anteriores.	
<b>FABRICANTE</b> CamDiab Ltd, Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Ypsomed Diabetes, SLU. Avda. Madrid, 95, 5º 1ª, 08028, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización del Manual del usuario relacionadas con la aplicación mylife CamAPS FX, debido a que, si se utiliza con móviles y sistemas operativos que no son compatibles, podría haber una falta de disponibilidad de la aplicación o menor capacidad de respuesta.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Manual del usuario actualizado</li><li>• Nota informativa PS 59, 2025.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

