

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2022-058	REFERENCIA PS/CV/MG/5393
PRODUCTO Monitor de paciente, ECG, pulsioxímetro, termómetro.	
FABRICANTE Shanghai Sunbright Industrial Co., Ltd No. 778 Siping Road, Hongkou District, Shanghai, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Desconocido	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: G1 097976 0005 Rev.00• Fabricante: Shanghai Sunbright Industrial Co., Ltd No. 778 Siping Road, Hongkou District, Shanghai, China• Productos: Monitor de paciente, ECG, pulsioxímetro, termómetro.• Fecha de emisión: 2 de septiembre de 2019• Fecha de caducidad: 4 de julio de 2022 Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%91119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">• Certificado de marcado CE falso.	

