

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2023-527	<b>REFERENCIA</b> PS/AVG/98698
<b>PRODUCTO</b> Videolaringoscopios McGRATH™ MAC.	
<b>Nº SERIE</b> Ver nº <sup>os</sup> de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Covidien llc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Medtronic Ibérica S.A., C. de María de Portugal, 11, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados videolaringoscopios McGRATH defectuosos que han sido robados y puestos a la venta ilegalmente por terceros no autorizados a través de diversas plataformas de redes sociales.	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b> En octubre de 2023 el fabricante emitió una nota de aviso con advertencias de seguridad en relación con determinados videolaringoscopios McGRATH defectuosos que habían sido robados y puestos a la venta ilegalmente por terceros no autorizados a través de diversas plataformas de redes sociales. La AEMPS transmitió esta información el 18 de octubre de 2023, alerta 2023-474.  La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para informar que, debido a un error, en la anterior nota de aviso se proporcionó un listado con números de serie incompleto. Con esta segunda nota, se envía un nuevo listado que incluye todos los números de serie afectados.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	

